



ОМЕГА ТЕСТ ГРУПП

ШИФР: ОТГ-ЦСМ-02-178

Ред.: 0

Дата: 18-10-2024

Наименование: Политика по прослеживаемости результатов измерений ЦСМ ООО «ОТГ»

ОТГ-ЦСМ-02-178

ред. 02

18-10-2024

1 стр.

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор ООО «ОТГ»



/ Зубарев Антон Сергеевич /

ПОЛИТИКА ПО ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ ЦСМ ООО «ОТГ»

- I. Реализация миссии, изложенной в Политике ЦСМ в области качества, невозможна без достижения метрологической прослеживаемости как основы для доверия к результатам измерений и их глобальной сопоставимости.
- II. Настоящая политика учитывает требования ILAC P10:01/2020 ILAC Policy on Metrological Trace of measurement Results и Политики Росаккредитации по прослеживаемости результатов измерений и реализуется в ЦСМ при планировании, осуществлении метрологических работ (деятельности по обеспечению единства измерений), при представлении результатов метрологических работ, при признании и применении результатов, полученных в сторонних организациях.
- III. ЦСМ ООО «ОТГ» придерживается следующих основных положений:
 1. В качестве основы для сравнения, от которой исходит неразрывная цепь прослеживаемости, ЦСМ признает эталоны международной системы единиц (SI).
 2. В случаях, когда использование эталона системы SI невозможно, в качестве основы для сравнения ЦСМ использует:
 - сертифицированные значения сертифицированных стандартных образцов, выпущенных компетентными производителями;
 - сертифицированные значения сертифицированных стандартных образцов, выпущенных национальными метрологическими институтами в рамках своих областей признания, подтвержденными метрологическими организациями;
 - результаты, полученные по референтным методикам измерений;
 - эталоны, принятые по соглашению, которые ясно описаны и приняты в качестве обеспечивающих применение полученных результатов для заявленной цели и обеспеченные подходящими сравнениями (например, шкалы твердости и др.).
 3. В качестве путей достижения метрологической прослеживаемости ЦСМ признает:
 - калибровку, выполненную калибровочной лабораторией, аккредитованной одним из органов по аккредитации – участником многосторонних соглашений о признании ILAC и ее региональных организаций;
 - калибровку, выполненную организациями, являющимися участниками Евро-Азиатского сотрудничества государственных метрологических учреждений (КООМЕТ);
 - применение сертифицированных стандартных образцов, выпущенных производителями, аккредитованными на соответствие ISO 17034 органами по аккредитации, участниками многосторонних соглашений о признании ILAC и ее региональных организаций;
 - калибровку, выполненную хранителями государственных эталонов;
 4. Наличие метрологической прослеживаемости в каждом конкретном случае устанавливается с учетом и подтверждением:
 - определения измеряемой величины (величины, подлежащей измерению);
 - документированной непрерывной цепи калибровок, позволяющей установить связь с соответствующей основой для сравнения;
 - оценивания неопределенности измерений на каждом этапе в цепи прослеживаемости с применением согласованных методов;
 - реализации каждого этапа в цепи прослеживаемости с применением соответствующих методов, с получением результатов измерений и связанных с ними зарегистрированных значений неопределенности измерений.